SIAAP Service public de l'assainissement francilien	**RAPPORT**	
	DL **Direction des Laboratoires** 82 avenue Kléber 92700 COLOMBES Tél : 01.41.19.53.64 E-mail : receptionlabo@siaap.fr	cofrac ESSAIS Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Votre commande : **VALORISATION AGRO BTF (3624)**
Nom de projet : **SAV**
Echantillon(s) reçu(s) le : **22/12/2023**
N° du rapport d'analyses : **LAB-LAP-2023-6642**
Rapport autorisé le : **05-JANV.-2024 16:53**

SIAAP SEINE AVAL
Eléonore Thiry
FROMAINVILLE BP104
78603
MAISONS LAFFITTE

* Seuls certains essais rapportés dans ce document sont couverts par l'accréditation. Ils sont identifiés par un astérisque.
r : délai trop long entre le prélèvement et la réception laboratoire.
Pour tout renseignement concernant les incertitudes des mesures, contacter le laboratoire.

Analyses des échantillons :

BO23-41218 / BTF prélevé le 20-DÉC. -2023 00:00
Prélèvement non réalisé par le laboratoire

Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité	Valeur maximale à ne pas dépasser pour mise en valorisation agricole #	
Semaine prélèvement		22/12/2023				51	-		
Matières Sèches	NF EN 15934	22/12/2023	*			44.7	%		
Matières Volatiles	NF EN 15935	22/12/2023	*			42.9	% MS		
Matières Volatiles %MB	NF EN 15935	22/12/2023	*			19.16	% sur brute		
carbone	NF EN ISO 21663 (décembre 2020)	26/12/2023	*			13.18	% sur brute		
CARBONE	NF EN ISO 21663 (décembre 2020)	26/12/2023	*			131.80	kg/(t MB)		
azote	NF EN ISO 21663 (décembre 2020)	26/12/2023	*			1.01	% sur brute		
AZOTE	NF EN ISO 21663 (décembre 2020)	26/12/2023	*			10.10	kg/(t MB)		
Rapport C/N	Calcul	26/12/2023				13.0	-		
Sélénium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17294-2	28/12/2023	*			5.8	mg/kg MS		
Aluminium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			10804	mg/kg MS		
Bore	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023				<34	mg/kg MS		
CALCIUM (en CaO)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	04/01/2024	*			5.09	% sur brute		
Cadmium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			1.4	mg/kg MS	10	mg/kg MS
Cobalt	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			5.8	mg/kg MS		
Chrome	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			45.9	mg/kg MS	1000	mg/kg MS
Cuivre	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	27/12/2023	*			576	mg/kg MS	1000	mg/kg MS
Fer	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			92966	mg/kg MS		
POTASSIUM (en K2O)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			0.09	% sur brute		
Arsenic	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17294-2	28/12/2023	*			5.2	mg/kg MS		
Mercure	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17294-2	04/01/2024	*			1.4	mg/kg MS		
MAGNÉSIUM (en MgO)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			0.51	% sur brute		
Manganèse		26/12/2023	*			211	mg/kg MS		
Molybdène	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			8.1	mg/kg MS		
Sodium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			321	mg/kg MS		
Nickel	NF EN ISO 54321, NF EN	26/12/2023	*			20.7	mg/kg MS	200	mg/kg MS

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.

SIAAP
Service public de l'assainissement francilien

RAPPORT

DL
Direction des Laboratoires
82 avenue Kléber 92700 COLOMBES
Tél : 01.41.19.53.64 E-mail : receptionlabo@siaap.fr

cofrac ESSAIS
Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

	Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité	Valeur maximale à ne pas dépasser pour mise en valorisation agricole #	
		ISO 11885								
	Plomb	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			95.8	mg/kg MS	800	mg/kg MS
	Soufre	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			22992	mg/kg MS		
	Zinc	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	26/12/2023	*			1893	mg/kg MS	3000	mg/kg MS
	Somme des 4 métaux : Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc	Calcul	26/12/2023				2536	mg/kg MS	4000	mg/kg MS
	PCB 28	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	<0.013	mg/kg MS		
	PCB 52	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	<0.013	mg/kg MS		
	PCB 101	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	0.014	mg/kg MS		
	PCB 118	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	<0.013	mg/kg MS		
	PCB 138	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	0.018	mg/kg MS		
	PCB 153	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	0.022	mg/kg MS		
	PCB 180	NF EN 17322	22/12/2023	*		r	0.013	mg/kg MS		
	Somme 7 PCB	Calcul	22/12/2023			r	0.11	mg/kg MS	0.8	mg/kg MS
	Fluoranthène	NF EN 17503	22/12/2023	*		r	0.51	mg/kg MS	5	mg/kg MS
	Benzo[b]fluoranthène	NF EN 17503	22/12/2023	*		r	0.21	mg/kg MS	2.5	mg/kg MS
	Benzo[a]pyrène	NF EN 17503	22/12/2023	*		r	0.18	mg/kg MS	2	mg/kg MS
	Phosphore total (P2O5)	SIAAP_MOP_00096, SIAAP_MOP_00007	27/12/2023	*		r	4.65	% sur brute		
	Ammoniac	Méthode Interne : SIAAP_MOP_00053	22/12/2023	*		r	0.199	% MB		
	pH	NF EN ISO 10390 (mars 2022)	22/12/2023	*		r	8.4	unité pH		
	Température de mesure du pH	Méthode interne	22/12/2023				20.1	°C		
	Prétraitement (séchage, broyage, tamisage, quartage) : refus	NF EN 16179	26/12/2023	*			<5.0	%		
	Prétraitement (séchage, broyage, tamisage, quartage) : Masse de matériaux étrangers retirés	NF EN 16179	26/12/2023	*			0.0	g		

Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions applicables aux épandages des boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-133 du 08/12/97 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

Observations liées aux résultats :
Les couples PCB101/PCB90 et PCB118/PCB106 ne sont pas séparés donc les échantillons positifs peuvent contenir l'un et/ou l'autre des composés. Cela peut surestimer la somme 7PCB, PCB101 et PCB118.

Légende :
BO : BOUE

Analyse des échantillons semaine n° : 51
Siccité (moyenne des analyses quotidiennes) : 44.7%MS
☐ Boue Seine Aval +
☒ Boue Réglementaire
☐ Boue Non Epandable
☐ Boue Non Conforme FNC n°
Date : 08/01/2024

Jean-François MOISAN
Responsable du Laboratoire

Jean-Marc DANIEL
Visa :
Responsable adjoint
Service 4
Site Seine Aval / SIAAP

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.

SIAAP Service public de l'assainissement francilien	**RAPPORT**	
	DL **Direction des laboratoires** 82 avenue Kléber 92700 COLOMBES Tél : 0141195364 E-mail : receptionlabo@siaap.fr	cofrac ESSAIS Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Votre commande : **BACTERIO BTF (3618)**
Nom de projet : **SAV**
Echantillon(s) reçu(s) le : **19/12/2023**
N° du rapport d'analyses : **LAB-LAP-LAM-2023-6532**
Rapport autorisé le : **29-DÉC. -2023 08:15**

SIAAP SEINE AVAL
Eléonore Thiry
FROMAINVILLE BP104
78603
MAISONS LAFFITTE

* Seuls certains essais rapportés dans ce document sont couverts par l'accréditation. Ils sont identifiés par un astérisque.
Pour tout renseignement concernant les incertitudes des mesures, contacter le laboratoire.

Analyses des échantillons :

BO23-42453 / BTF prélevé le **19-DÉC. -2023 11:00**
Prélèvement non réalisé par le laboratoire

	Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité
	Coliformes Thermotolérants	Méthode interne : SIAAP_MOP_00141	19/12/2023	*			Absence	UFC/gMS
	Escherichia coli	FD CEN/TR 16193	19/12/2023	*			<5.60E+00	NPP/gMS
	Semaine prélèvement		19/12/2023				51	-

Observations liées aux résultats :
Matière sèche : 43% (N° du rapport d'analyses : LAB-LAP-2023-6394)
Résultats :
- E. Coli = <5.6 NPP/mL
- Coliformes Thermotolérants = absence dans 1 mL

Légende :
BO : BOUE

Yves ZARZELLI
Responsable du Laboratoire

Analyse des échantillons semaine n° : 51

Microbiologie :

[X] Coliformes thermotolérants : Abs / g MS

[X] Escherichia Coli : <5.6 NPP / g MS

Date : 08/01/2024 Visa :

Jean-Marc DANIEL
Responsable adjoint
Service 4
Site Seine Aval / SIAAP

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.